

هدف آزمایش: اندازه گیری ضریب شکست به کمک میکروسکوپ


کمیت مورد آزمایش:

- تعریف کمیت: نسبت تنشی نور در خدایه تنشی نور در محیط $n = \frac{c}{v}$ این کمیت به عدد بوده و فاقد واحد و دیمایشین می باشد

تئوری آزمایش

نور یک موج الکترومغناطیسی است که در ورود از یک محیط شفاف به محیط دیگر تنشی (تغییر میابد) می کند به اصطلاح شکسته می شود که به آن ضریب شکست (n) می گوئیم که در واقع میزان تغییر تنشی نور را نشان می دهد یکی از روش های اندازه گیری ضریب شکست مولا مانند تیغه شیشه ای استفاده از میکروسکوپ است که در آن با تغییر فوکس میکروسکوپ هنگام مشاهده تیغه شیشه ای می توان ضریب شکست را به دست آورد

$$n = \frac{AB}{A'B}$$



که در آن AB عمق واقعی است
 $A'B$ عمق ظاهری است

$$\delta = w \left(1 - \frac{n_2}{n_1} \right)$$

که در آن δ تفاوت عمق ظاهری و واقعی
 w ضخامت تیغه
 n_2 ضریب شکست هوا
 n_1 ضریب شکست تیغه

در واقع در این آزمایش ابتدا فاصله را زیر میکروسکوپ گذاشته و مشاهده می شود که عمق شخصی بوده پس تیغه شیشه ای را روی آن می گذاریم و در بارنگاه می کنیم و با استفاده از رابطه ها آنرا اندازه گیری می کنیم

* توجه شود که ضریب شکست با طول موج رابطه عکس دارد

* فرکانس در این تغییر محیط ثابت می ماند زیرا به منبع موج بستگی دارد

مراحل انجام آزمایش

وسایل مورد نیاز میکروسکوپ تیغه سی بی بی بایکدات

ابتدا میکروسکوپ را تنظیم کرده سپس برگه را روی صفحه سی آن می گذاریم با استفاده از وسیله دستی دستگاه میکروسکوپ را تا آن می دهیم تا خدمات برگه به صورت واضح دیده شود که مقدار آنرا یادداشت می کنیم سپس تیغه سی بی بی را روی برگه قرار می دهیم مستعد می کنیم که خدمات برگه تار شده است پس دوباره دوربین میکروسکوپ را تا آن می دهیم تا خدمات برگه واضح شود پس مقدار آنرا یادداشت می کنیم حالا خدماتی روی تیغه قرار می دهیم سپس دوباره همین کار را تکرار کرده تا خدمات روی تیغه سی بی بی واضح شود (وقت شود که خدمات تیغه با خدمات برگه در یک راستا باشند)

* این اعداد در واقع محسوس ظاهری و واقعی و اختلاف آنرا را محسوس می کنند

* اعداد به دست آمده به کمک درجه و خط کشی میکروسکوپ اندازه گیری شده

محاسبات آزمایشی

$$\textcircled{1} \text{ روش } n = \frac{AB}{A'B} = \frac{c-a}{c-b}$$

$$n_1 = \frac{12,25 - 35,05}{12,25 - 24,25} = \frac{-17,8}{-12} \approx 1,48$$

$$n_2 = \frac{11,9 - 35,1}{11,9 - 24,55} = \frac{-18,2}{-12,65} \approx 1,44$$

$$n_3 = \frac{12,05 - 35,25}{12,05 - 24,9} = \frac{-18,2}{-12,85} \approx 1,42$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta n_i = |n_i - n_r| \\ n_r = 1,52 \end{array} \right. \longrightarrow$$

$$\Delta n_1 = |n_1 - n_r| = |1,48 - 1,52| = 0,04$$

$$\Delta n_2 = |n_2 - n_r| = |1,44 - 1,52| = 0,08$$

$$\Delta n_3 = |n_3 - n_r| = |1,42 - 1,52| = 0,1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E = \frac{\Delta n_i}{n_r} \\ n_r = 1,52 \end{array} \right. \longrightarrow$$

$$E_1 = \frac{\Delta n_1}{n_r} = \frac{0,04}{1,52} \approx 0,026 \xrightarrow{\text{درصد نسبی}} 2,6\%$$

$$E_2 = \frac{\Delta n_2}{n_r} = \frac{0,08}{1,52} \approx 0,052 \longrightarrow 5,2\%$$

$$E_3 = \frac{\Delta n_3}{n_r} = \frac{0,1}{1,52} \approx 0,066 \longrightarrow 6,6\%$$

$$\textcircled{1} \textcircled{2} \delta = w \left(1 - \frac{n_r}{n_1}\right)$$

$$\begin{cases} \delta = AB - A'B \\ w = 19,3 \text{ mm} \\ n_r = 1 \end{cases}$$

$$*\textcircled{1} (30,00 - 17,20) - (28,20 - 17,20) = 19,3 \left(1 - \frac{1}{n_1}\right)$$

$$0,18 = 19,3 \left(1 - \frac{1}{n_1}\right)$$

$$0,18 = \frac{1}{n_1}$$

$$n_1 \approx 1,83$$

$$*\textcircled{2} (30,10 - 11,90) - (28,00 - 11,90) = 19,3 \left(1 - \frac{1}{n_1'}\right)$$

$$0,18 = 19,3 \left(1 - \frac{1}{n_1'}\right)$$

$$0,18 = \frac{1}{n_1'}$$

$$n_1' \approx 1,81$$

$$*\textcircled{3} (30,20 - 17,00) - (28,90 - 17,00) = 19,3 \left(1 - \frac{1}{n_1''}\right)$$

$$0,18 = 19,3 \left(1 - \frac{1}{n_1''}\right)$$

$$0,18 = \frac{1}{n_1''}$$

$$n_1'' = 1,39$$

$$\begin{aligned} \text{خطای مطلق} \begin{cases} \Delta n_i = |n_i - n_r| \\ n_r = 1,02 \end{cases} & \longrightarrow \begin{aligned} \Delta n_1 &= |n_1 - n_r| = |1,83 - 1,02| = 0,81 \\ \Delta n_r &= |n_r - n_r| = |1,81 - 1,02| = 0,79 \\ \Delta n_{r'} &= |n_{r'} - n_r| = |1,39 - 1,02| = 0,37 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{خطای نسبی} \begin{cases} E = \frac{\Delta n_i}{n_r} \\ n_r = 1,02 \end{cases} & \longrightarrow \begin{aligned} E_1 &= \frac{0,81}{1,02} \approx 0,79\% \longrightarrow \text{درصد خطای نسبی} \longrightarrow 0,79\% \\ E_r &= \frac{0,79}{1,02} \approx 0,77\% \longrightarrow 0,77\% \\ E_{r'} &= \frac{0,37}{1,02} \approx 0,36\% \longrightarrow 0,36\% \end{aligned} \end{aligned}$$

① دلیل شکست نور در محیط دیگر چیست؟

تغییر تندی نور هنگام عبور از یک محیط به محیط دیگر

② دلیل تغییر سرعت نور هنگام تغییر محیط چیست؟

تغییرات پیرامون موج است و متفاوتی نور با استرکشنهای محیط

③ طراحی آزمایشی از طریق مفهوم شکست نور برای تشخیص کردن لیوان آب شیرین

دو لیوان آب برداشته یکی حاوی آب شیرین و دیگری در هر ۲ یک سداد گذارنده پس از طریق منوالهای مربوط به شکست نور قریب شکست را محاسبه کرده و با رانیت مقایسه میکنیم تا لیوان مشخص شود